

# 校正証明書

試験実施日 2024 年 6 月 24 日 ( 月 )

室温 23.7 °C 湿度 59 %

名称	1000V絶縁抵抗計	形式	321345
製造者	横河	製造番号	74KZ00631
製造年月	1994年	校正有効期限	2025年6月
定格	1000V、0~2000MΩ		

所有者	鈴木電気管理事務所			
住所	茨城県つくば市臼井2023			
校正項目	抵抗、電圧			
校正方法	日本の公的校正機関(JEMIC、JQA、JCSS等)またはNIST等、国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関に対してトレーサビリティーが保たれた標準器との比較により行う。			
校正室の環境条件	JEMIS 017(日本電気計測器工業会規格)：温湿度管理 クラスC級を参考とし 温度 $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 湿度35%~75% とする。			
	環境標準器	名称	型式	製造番号
	温湿度計	A-230-W	23A060	2028年3月
校正実施場所	茨城県つくば市臼井1954-1 つくば電気管理事務所 試験室			
付記	指示値は校正対象機器の示す値、標準値は入力した値または標準計器が示す値とする。			

上記の測定器は当社の校正機器によって校正され、  
校正作業における検査または試験の結果は  
仕様を満足しています。

この校正に使用した校正機器は、国家標準或いは  
国際標準へのトレーサビリティーがとれていることを  
証明します。

つくば電気管理事務所  
代表 鈴木 研志  
〒300-4211 茨城県つくば市臼井2023


# トレーサビリティ体系図

試験実施日

2024 年 6 月 24 日 ( 月 )

室温 23.7 °C

湿度 59 %



# 校正試験成績書

試験実施日 2024 年 6 月 24 日 (月)

1/1  
室温 23.7 °C 湿度 59 %  
試験実施者 鈴木 研志

名称	1000V絶縁抵抗計	形式	321345
製造者	横河	製造番号	74KZ00631
製造年月	1994年	校正 有効期限	2025年6月
定格	1000V、0~2000MΩ		

## 1.絶縁抵抗測定

1000Vレンジ

### 第1 有効測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	指示値	判定(良/不良)
最小表示値	2 MΩ	1.9 MΩ	2.1 MΩ	2 MΩ	良
中央表示値	50 MΩ	47.5 MΩ	52.5 MΩ	50 MΩ	良
最大表示値	1000 MΩ	950 MΩ	1050 MΩ	1000 MΩ	良

確度： 第1有効測定範囲 2~1000MΩ ±5%rdg

### 第2 有効測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	指示値	判定(良/不良)
最小表示値	- MΩ	- MΩ	- MΩ	- MΩ	-
最大表示値	2000 MΩ	1800 MΩ	2200 MΩ	2000 MΩ	良

確度： 第2有効測定範囲 1000MΩ ~2000MΩ ±10%rdg

## 2.開放回路電圧(無負荷)

レンジ	指示値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	標準値	判定(良/不良)
1000 V	- V	- V	1300 V	1264 V	良

確度：定格電圧の130%以内

## 3.電圧計

レンジ	指示値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	標準値	判定(良/不良)
300 V	100 V	140 V	260 V	- V	-
300 V	200 V	340 V	460 V	- V	-
300 V	300 V	540 V	560 V	- V	-

確度：±10% フルスケール

## 4.動作、各機能検査

検査項目	判定(良/不良)	備考
機能点検	良	
外観	良	

## 5.校正使用機器

名称	型式	製造番号	有効期限
絶縁・接地抵抗校正器	MGA-1000	13M020023	2024年3月
デジタルマルチメーター	34450A	MY57112333	2024年3月
交直両用デジタル高電圧計	DHM-20A/M	17062888	2024年3月

つくば電気管理事務所

