

校正証明書

試験実施日 2026 年 3 月 30 日 (月)

室温 20.1 °C 湿度 50 %

名称	多重絶縁抵抗計	形式	IR4053
製造者	HIOKI	製造番号	190435384
製造年月	2019年	-	-
定格	50Vレンジ100MΩ、125Vレンジ250MΩ、250Vレンジ500MΩ 500Vレンジ2000MΩ、1000Vレンジ4000MΩ		

依頼者	坂田電気管理事務所			
住所	茨城県つくば市吾妻4-17-2 ザ・レジデンシヤルつくば吾妻801			
校正項目	絶縁抵抗、出力電圧、電圧			
校正方法	日本の公的校正機関(JEMIC、JQA、JCSS等)またはNIST等、国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関に対してトレーサビリティが保たれた標準器との比較により行う。			
校正室の環境条件	JEMIS 017(日本電気計測器工業会規格)：温湿度管理 クラスC級を参考とし 温度 $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 湿度35%~75% とする。			
	環境標準器	名称 温湿度計	型式 A-230-W	製造番号 23A060
校正実施場所	茨城県つくば市臼井1954-1 つくば電気管理事務所 試験室			
付記	・指示値は校正対象機器の示す値、標準値は入力した値または標準計器が示す値とする。 ・測定範囲最小値もしくは最大値が標準抵抗器範囲外の場合、省略または測定範囲近傍値を試験点とする。			

上記の測定器は当社の校正機器によって校正され、
校正作業における検査または試験の結果は
仕様を満足しています。

この校正に使用した校正機器は、国家標準或いは
国際標準へのトレーサビリティがとれていることを
証明します。


つくば電気管理事務所
代表 鈴木 研志
〒300-4211 茨城県つくば市臼井2028



トレーサビリティ体系図

試験実施日 2026 年 3 月 30 日 (月)

室温 20.1 °C 湿度 50 %



上記の通りトレーサビリティを証明致します。

つくば電気管理事務所
代表 鈴木 研志
〒300-4211 茨城県つくば市臼井2023



校正試験成績書

試験実施日 2026 年 3 月 30 日 (月)

室温 20.1 °C 湿度 50 %

試験実施者 鈴木 研志

名称	多重絶縁抵抗計	形式	IR4053
製造者	HIOKI	製造番号	190435384
製造年月	2019年	-	-
定格	50Vレンジ100MΩ、125Vレンジ250MΩ、250Vレンジ500MΩ 500Vレンジ2000MΩ、1000Vレンジ4000MΩ		

1. 絶縁抵抗測定

1-1 50Vレンジ

第1 有効測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)		基準範囲(最大値)		指示値		判定(良/不良)
最小表示値	0.2 MΩ	0.192	MΩ	0.208	MΩ	0.200	MΩ	良
中央表示値	2 MΩ	1.88	MΩ	2.08	MΩ	2.00	MΩ	良
最大表示値	10 MΩ	9.6	MΩ	10.4	MΩ	10.0	MΩ	良
確度： 第1有効測定範囲		0.200~10.00MΩ		±4%rdg				

第2 有効測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)		基準範囲(最大値)		指示値		判定(良/不良)
最小表示値	- MΩ	-	MΩ	-	MΩ	-	MΩ	-
最大表示値	100 MΩ	90	MΩ	110	MΩ	100.0	MΩ	良
確度： 第2有効測定範囲		10.1~100.0MΩ		±8%rdg				

その他の測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)		基準範囲(最大値)		指示値		判定(良/不良)
代表値	0.1 MΩ	0.092	MΩ	0.108	MΩ	0.100	MΩ	良
確度： その他測定範囲		0~0.199MΩ		±2%rdg ±6dgt				

1-2 125Vレンジ

第1 有効測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)		基準範囲(最大値)		指示値		判定(良/不良)
最小表示値	0.2 MΩ	0.192	MΩ	0.208	MΩ	0.201	MΩ	良
中央表示値	5 MΩ	4.7	MΩ	5.2	MΩ	5.00	MΩ	良
最大表示値	20 MΩ	19.2	MΩ	20.8	MΩ	20.0	MΩ	良
確度： 第1有効測定範囲		0.200~25.0MΩ		±4%rdg				

第2 有効測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)		基準範囲(最大値)		指示値		判定(良/不良)
最小表示値	- MΩ	-	MΩ	-	MΩ	-	MΩ	-
最大表示値	200 MΩ	184	MΩ	216	MΩ	199	MΩ	良
確度： 第2有効測定範囲		25.1~250MΩ		±8%rdg				

その他の測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)		基準範囲(最大値)		指示値		判定(良/不良)
代表値	0.1 MΩ	0.092	MΩ	0.108	MΩ	0.100	MΩ	良
確度： その他測定範囲		0~0.199MΩ		±2%rdg ±6dgt				

校正試験成績書

試験実施日 2026 年 3 月 30 日 (月)

室温 20.1 °C 湿度 50 %

1-3 250Vレンジ

第1 有効測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)		基準範囲(最大値)		指示値		判定(良/不良)
最小表示値	0.2 MΩ	0.192	MΩ	0.208	MΩ	0.201	MΩ	良
中央表示値	10 MΩ	9.6	MΩ	10.4	MΩ	10.0	MΩ	良
最大表示値	50 MΩ	48	MΩ	52	MΩ	50.0	MΩ	良
確度： 第1有効測定範囲		0.200~50.0MΩ		±4%rdg				

第2 有効測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)		基準範囲(最大値)		指示値		判定(良/不良)
最小表示値	- MΩ	-	MΩ	-	MΩ	-	MΩ	-
最大表示値	500 MΩ	460	MΩ	540	MΩ	499	MΩ	良
確度： 第2有効測定範囲		50.1~500MΩ		±8%rdg				

その他の測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)		基準範囲(最大値)		指示値		判定(良/不良)
代表値	0.1 MΩ	0.092	MΩ	0.108	MΩ	0.100	MΩ	良
確度： その他測定範囲		0~0.199MΩ		±2%rdg ±6dgt				

1-4 500Vレンジ

第1 有効測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)		基準範囲(最大値)		指示値		判定(良/不良)
最小表示値	0.2 MΩ	0.192	MΩ	0.208	MΩ	0.200	MΩ	良
中央表示値	50 MΩ	48	MΩ	52	MΩ	50.0	MΩ	良
最大表示値	500 MΩ	480	MΩ	520	MΩ	499	MΩ	良
確度： 第1有効測定範囲		0.200~500MΩ		±4%rdg				

第2 有効測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)		基準範囲(最大値)		指示値		判定(良/不良)
最小表示値	- MΩ	-	MΩ	-	MΩ	-	MΩ	-
最大表示値	2000 MΩ	1840	MΩ	2160	MΩ	1990	MΩ	良
確度： 第2有効測定範囲		501~2000MΩ		±8%rdg				

その他の測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)		基準範囲(最大値)		指示値		判定(良/不良)
代表値	0.1 MΩ	0.092	MΩ	0.108	MΩ	0.100	MΩ	良
確度： その他測定範囲		0~0.199MΩ		±2%rdg ±6dgt				

校正試験成績書

試験実施日 2026 年 3 月 30 日 (月)

室温 20.1 °C 湿度 50 %

1-5 1000Vレンジ

第1 有効測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)		基準範囲(最大値)		指示値		判定(良/不良)
最小表示値	0.2 MΩ	0.192 MΩ		0.208 MΩ		0.200 MΩ		良
中央表示値	100 MΩ	96 MΩ		104 MΩ		100.0 MΩ		良
最大表示値	1000 MΩ	960 MΩ		1040 MΩ		998 MΩ		良
確度: 第1有効測定範囲		0.200~1000MΩ						±4%rdg

第2 有効測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)		基準範囲(最大値)		指示値		判定(良/不良)
最小表示値	- MΩ	- MΩ		- MΩ		- MΩ		-
最大表示値	2000 MΩ	1840 MΩ		2160 MΩ		2000 MΩ		良
確度: 第2有効測定範囲		1010~4000MΩ						±8%rdg

その他の測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)		基準範囲(最大値)		指示値		判定(良/不良)
代表値	0.1 MΩ	0.092 MΩ		0.108 MΩ		0.100 MΩ		良
確度: その他測定範囲		0~0.199MΩ						±2%rdg ±6dgt


校正試験成績書

試験実施日 2026 年 3 月 30 日 (月)

室温 20.1 °C 湿度 50 %

2.PV MΩ 測定

(測定回路図)



(校正方法)

- ・DC電圧源電圧は、太陽光パネル中間-対地間と想定しメガ測定レンジの1/2程度とする。
- ・標準抵抗は地絡させないこと。測定値に誤差が生じます。

校正試験成績書

試験実施日 2026 年 3 月 30 日 (月)

室温 20.1 °C 湿度 50 %

2.PV MΩ 測定

2-1-1 500Vレンジ P側測定

第1 有効測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)		基準範囲(最大値)		指示値		判定(良/不良)
最小表示値	0.2 MΩ	0.192	MΩ	0.208	MΩ	0.201	MΩ	良
中央表示値	50 MΩ	48	MΩ	52	MΩ	50.1	MΩ	良
最大表示値	500 MΩ	480	MΩ	520	MΩ	500	MΩ	良
確度: 第1有効測定範囲		0.200~500MΩ		±4%rdg				

第2 有効測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)		基準範囲(最大値)		指示値		判定(良/不良)
最小表示値	- MΩ	-	MΩ	-	MΩ	-	MΩ	-
最大表示値	2000 MΩ	1840	MΩ	2160	MΩ	2000	MΩ	良
確度: 第2有効測定範囲		501~2000MΩ		±8%rdg				

その他の測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)		基準範囲(最大値)		指示値		判定(良/不良)
代表値	0.1 MΩ	0.092	MΩ	0.108	MΩ	0.101	MΩ	良
確度: その他測定範囲		0~0.199MΩ		±2%rdg ±6dgt				

2-1-2 500Vレンジ N側測定

第1 有効測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)		基準範囲(最大値)		指示値		判定(良/不良)
最小表示値	0.2 MΩ	0.192	MΩ	0.208	MΩ	0.201	MΩ	良
中央表示値	50 MΩ	48	MΩ	52	MΩ	50.0	MΩ	良
最大表示値	500 MΩ	480	MΩ	520	MΩ	500	MΩ	良
確度: 第1有効測定範囲		0.200~500MΩ		±4%rdg				

第2 有効測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)		基準範囲(最大値)		指示値		判定(良/不良)
最小表示値	- MΩ	-	MΩ	-	MΩ	-	MΩ	-
最大表示値	2000 MΩ	1840	MΩ	2160	MΩ	2000	MΩ	良
確度: 第2有効測定範囲		501~2000MΩ		±8%rdg				

その他の測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)		基準範囲(最大値)		指示値		判定(良/不良)
代表値	0.1 MΩ	0.092	MΩ	0.108	MΩ	0.101	MΩ	良
確度: その他測定範囲		0~0.199MΩ		±2%rdg ±6dgt				

校正試験成績書

試験実施日 2026 年 3 月 30 日 (月)

室温 20.1 °C 湿度 50 %

2.PV MΩ 測定

2-2-1 1000Vレンジ P側測定

第1 有効測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)		基準範囲(最大値)		指示値		判定(良/不良)
最小表示値	0.2 MΩ	0.192	MΩ	0.208	MΩ	0.198	MΩ	良
中央表示値	100 MΩ	96	MΩ	104	MΩ	100	MΩ	良
最大表示値	1000 MΩ	960	MΩ	1040	MΩ	1000	MΩ	良
確度： 第1有効測定範囲		0.200~1000MΩ		±4%rdg				

第2 有効測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)		基準範囲(最大値)		指示値		判定(良/不良)
最小表示値	- MΩ	-	MΩ	-	MΩ	-	MΩ	-
最大表示値	2000 MΩ	1840	MΩ	2160	MΩ	1990	MΩ	良
確度： 第2有効測定範囲		1010~4000MΩ		±8%rdg				

その他の測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)		基準範囲(最大値)		指示値		判定(良/不良)
代表値	0.1 MΩ	0.092	MΩ	0.108	MΩ	0.098	MΩ	良
確度： その他測定範囲		0~0.199MΩ		±2%rdg ±6dgt				

2-2-2 1000Vレンジ N側測定

第1 有効測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)		基準範囲(最大値)		指示値		判定(良/不良)
最小表示値	0.2 MΩ	0.192	MΩ	0.208	MΩ	0.202	MΩ	
中央表示値	100 MΩ	96	MΩ	104	MΩ	100	MΩ	良
最大表示値	1000 MΩ	960	MΩ	1040	MΩ	998	MΩ	良
確度： 第1有効測定範囲		0.200~1000MΩ		±4%rdg				

第2 有効測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)		基準範囲(最大値)		指示値		判定(良/不良)
最小表示値	- MΩ	-	MΩ	-	MΩ	-	MΩ	-
最大表示値	2000 MΩ	1840	MΩ	2160	MΩ	2000	MΩ	良
確度： 第2有効測定範囲		1010~4000MΩ		±8%rdg				

その他の測定範囲

値	標準値	基準範囲(最小値)		基準範囲(最大値)		指示値		判定(良/不良)
代表値	0.1 MΩ	0.092	MΩ	0.108	MΩ	0.103	MΩ	良
確度： その他測定範囲		0~0.199MΩ		±2%rdg ±6dgt				

校正試験成績書

試験実施日 2026 年 3 月 30 日 (月)

室温 20.1 °C 湿度 50 %

3.開放回路電圧(無負荷)

レンジ	指示値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	標準値	判定(良/不良)
50 V	-	50 V	60 V	57.14 V	良
125 V	-	125 V	150 V	133.89 V	良
250 V	-	250 V	300 V	266.56 V	良
500 V	-	500 V	600 V	534.86 V	良
1000 V	-	1000 V	1200 V	1.072 kV	良

確度：定格電圧の100%~120%

4.電圧計

レンジ	標準値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	指示値	判定(良/不良)
AC420 V	250 V	243.4 V	256.6 V	249.7 V	良
AC600 V	-	-	-	-	-
DC4.2 V	4 V	3.944 V	4.056 V	3.983 V	良
DC42 V	40 V	39.44 V	40.56 V	39.96 V	良
DC420 V	200 V	197.0 V	203.0 V	199.70 V	良
DC1000 V	600 V	-	-	-	-

確度：AC420.0V 分解能0.1V $\pm 2.3\%$ rdg ± 8 dgt
AC600V 分解能1V $\pm 2.3\%$ rdg ± 8 dgt
DC4.2V 分解能0.001V $\pm 1.3\%$ rdg ± 4 dgt
DC42V 分解能0.01V $\pm 1.3\%$ rdg ± 4 dgt
DC420V 分解能0.1V $\pm 1.3\%$ rdg ± 4 dgt
DC1000V 分解能1V $\pm 1.3\%$ rdg ± 4 dgt
AC,DC600V超 確度補償範囲外

5.校正使用機器

名称	型式	製造番号	有効期限
絶縁・接地抵抗校正器	MGA-1000	13M020023	2027年3月
デジタルマルチメータ	34450A	MY57112333	2027年3月
交直両用デジタル高電圧計	DHM-20A/M	17062888	2027年3月
超絶縁計	SM7110	240230509	2027年3月

つくば電気管理事務所



IR4053(PV対応)